

单一来源采购方式专业人员论证汇总意见

项目信息	项目名称: C型臂血管造影机球管服务
	预算金额: 110万元
	供应商名称: 内蒙古京城安信医疗器械有限公司
专业人员论证意见	用户使用的GE Innova 3100血管机为美国GE产品,其核心配件球管必须与原设备兼容配套使用,无法从其他厂商获取。 内蒙古京城安信医疗器械有限公司为GE公司在本地区唯一授权代理商,故此项目只能由该公司完成。 根据《政府采购法》第31条规定,须使用单一来源方式采购。
专业人员签字	李作民 李慧 李静 日期

单一来源方式采购论证专家信息表

序号	姓名	工作单位	专业	职务/职称	联系方式
1	赵慧	赤峰市红山区医院	临床医学	主任医师	137 04761537
2	罗毅	赤峰市红山区医院	医学检验	主任医师	139 04866286
3	李伟	赤峰市红山区医院	临床医学	主任医师	139 04765605